

NL.272.11.2018

Września 27.04.2018 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego którego przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozmieszczenie, instalacja i montaż sprzętu i urządzeń do Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu w dniu 4 maja 2018 roku Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podjął decyzję o modyfikacji treści SIWZ.

Ponadto na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) udzielamy odpowiedzi na zadane pytanie:

Urządzenie I, Urządzenie II:

1. Czy zamawiający dopuści urządzenia o wadze do 4 kg realizujące pomiar w sposób stacjonarny oraz ręczny przy zachowaniu lepszych parametrów dokładności, niż wskazane w OPZ?

Tak, zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze do 4 kg.

Urządzenie II:

2. Czy zamawiający zwiększy obszar pomiarowy w II Urządzeniu, by wynosił min. 215x140 mm a max 540x380 mm?

Tak, zamawiający dopuszcza urządzenie o zwiększonym obszarze pomiarowym w II Urządzeniu, by wynosił min. 215x140 mm a max 540x380 mm.

Oprogramowanie do skanerów 3D:

3. Czy zamawiający dopuści dostawę oprogramowania do skanerów z możliwością exportu wyników do formatów mi. .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl. Pozostałe formaty wskazane w OPZ są formatami specyficznymi tj. .dae, .fbx, .ma, .x3d, x3dz, .zpr, prosimy o ich wykreślenie ponieważ ten zapis spełnia jeden producent.

Zamawiający dopuszcza formaty: obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, usuwa natomiast formaty: dae, .fbx, .ma, .x3d, x3dz, .zpr

Moduł metrologiczny

4. Czy zamawiający dopuści moduł metrologiczny pozwalający na import/export danych w formatach STL, ASCII, pomijając specyficzny format POL i zastępując go formatem OBJ oraz PLY i WRL?



Zamawiający dopuszcza dodatkowo wymienione formaty: obj, .ply, .wrl, usuwa natomiast Format: .pol.

5. Czy zamawiający dopuści dostawę modułu metrologicznego pozwalających na import danych CAD w formatach neutralnych jak .igs, .vda, .stp lecz pomijając format .jt?

Zamawiający dopuszcza dostawę modułu metrologicznego pozwalających na import danych CAD w formatach neutralnych jak .igs, .vda, .stp, usuwa natomiast format .jt.

W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający przedłuża termin złożenia i otwarcia ofert z dnia 18.05.2018 r na dzień 22.05.2018 r, godziny złożenia i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Funduszy Europejskich


Arna Wołka-Wróblewska